

採血管準備発行装置
入札仕様書

国立病院機構 下総精神医療センター

採血管準備発行装置入札仕様書

採血管準備発行装置				
1	調達物品名と構成内訳			
	多項目自動血球分析装置 一式			
		1-1	内訳	採血管準備発行装置 1台
		1-2	搬入等	上記機器の搬入、据付、調整等使用可能な状態での引き渡しを含むこと。
2	本体	2-1	寸法	実験台の上に乗る形状で小型の装置を求む W210×H430×D565mm
		2-2	重量	30Kg以下
		2-3	電源	測定部（AC100～240V 50/60Hz）400VA
3	総合仕様	3-1	要件	採血管径12～17mm、採血管長75～105mmの大きさのオーバーキャップ、フィルム栓、ゴム栓の採血管が搭載可能であること(できれば尿スピッツの搭載も可能なこと)
			管種	6管種以上の採血管が準備搭載出来ること
		3-2	処理能力	連続発行時3秒/本
		3-3	ラベルプリンタ機能	自動プリンタ貼りが出来て、尚且つ手貼りプリンタ機能も備わっていること
		3-4	印字方法	3-3システムからファイルを受信し、イメージ変換（300dpi）により印刷が可能であること
		3-5	バーコードの機能	JAN、NW-7、code39、IFT、code128、（ナローバー最小4dot）
		3-6	ラベル機能	50×30、50×35、60×30mm（1500枚）/35mm（1300枚）のラベルが使用できること
		3-7	ラベル交換	オート機能でラベル交換が簡便に処理できること
		3-8	ラベル添付	ラベル添付の状態では採血管の中が確認できるようにラベルを貼れること
		3-9	操作パネル	タッチパネルにて画面操作が可能なこと
4	その他	4-1	検査システムとの連携	当日、翌日や未来日の採血管準備が可能で検査システム（Hi-LABO-S）との連携が上手く出来ること